

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## SECTION 1 - Information générale

Nom du produit **Concentré de Fixateurs pour appareil radiographique automatique T2,  
Solution de travail**

Utilisation du produit **Fixateur photographique**

ÉCHELLE SIMD SANTÉ **1** INFLAMMABILITÉ **0** RÉACTIVITÉ **0** ÉPI **C**

FOURNISSEUR **White Mountain Imaging**

CATALOGUE N° :  
3303, 4010F, 4010FP, 4300F

ADRESSE **1617 Battle St. Salisbury NH 03268**

TÉL. N° : **603-648-2124** TÉLÉPHONE D'URGENCE N° : **CHEMTREC 800-424-9300**

## SECTION 2 - Information sur le produit et ingrédients dangereux

INGRÉDIENTS DANGEREUX	NUMÉRO CAS	% pd/pd	LEP	DL50	CL50
Eau	7732-18-5	90-95	non disponible	42.6 gm/kg	non disponible
Thiosulfate d'ammonium	7783-18-8	8-12	non disponible	2890 mg/kg	non disponible
Sulfite de sodium	7757-83-7	<2	non disponible	2825 mg/kg	non disponible
Sulfate d'aluminium	10043-01-3	<2	ACGIH MPT 2mg/m3	6201 mg/kg	non disponible

## SECTION 3 - Identification des dangers

SYMPTÔMES D'EXPOSITION AIGUË AU PRODUIT

Effets nocifs sur la santé par ingestion. Peut causer une sensation de brûlures ou une irritation aux yeux et aux muqueuses. Peut causer une légère irritation cutanée ou une réaction allergique mineure de la peau. Peut être irritant et causer des maux de tête par inhalation prolongée des vapeurs.

SYMPTÔMES D'EXPOSITION CHRONIQUE AU PRODUIT

Aucuns connus

## SECTION 4 - Premiers secours

CONTACT AVEC LA PEAU

Laver abondamment la région atteinte de la peau au savon et à l'eau. Si l'irritation persiste, obtenir des conseils médicaux.

CONTACT AVEC LES YEUX

Bien rincer les yeux à l'eau pendant 15 minutes. Obtenir des conseils médicaux si l'irritation persiste.

INGESTION

NE PAS faire vomir. Obtenir des conseils médicaux en donnant des détails sur la quantité ingérée et la toxicité.

INHALATION

En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais.

## SECTION 5 - Mesures de lutte contre le feu

INFLAMMABILITÉ OUI  NON  SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS

MOYENS D'EXTINCTION

Au besoin pour éteindre une source de feu adjacente.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE LIMITE D'INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE % LIMITE D'INFLAMMABILITÉ INFÉRIEURE % TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C)

Non approprié

Non approprié

Non approprié

Non approprié

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX

Voir les Produits de décomposition dangereux

SENSIBILITÉ AU CHOC

Non sensible

SENSIBILITÉ AUX CHARGES ÉLECTRIQUES

Non sensible

## SECTION 6 - Déversement accidentel

Verser dans les égouts avec une grande quantité d'eau, si la réglementation le permet. Sinon, faire absorber à l'aide d'une matière absorbante sèche. Consulter les bureaux de réglementation du gouvernement pour une élimination appropriée de cette matière. Porter l'équipement de protection approprié.

## SECTION 7 - Manipulation et Entreposage

Bien lire l'étiquette, la fiche signalétique et les instructions avant l'emploi. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Garder le contenant bien fermé. Éviter les substances incompatibles. Bien se laver les mains après la manipulation de ce produit.

## Concentré de Fixateurs pour appareil radiographique automatique T2,

### SECTION 8 - Contrôle sur l'exposition

VENTILATION Assurer une bonne ventilation.

PEAU Latex ou nitrile

YEUX Lunettes de protection contre les

RESPIRATOIRE Normalement non requis

AUTRE Fontaine oculaire

projections chimiques

### SECTION 9 - Propriétés physiques et chimiques

ÉTAT PHYSIQUE Liquide	ASPECT ET ODEUR Liquide limpide et incolore avec une légère odeur			SEUIL OLFACTIF Non disponible
TENSION DE VAPEUR (mmHg) <17 mm Hg	DENSITÉ DE VAPEUR (Air = 1) 0,6 mm Hg	TAUX D'ÉVAPORATION (Eau = 1) Non disponible	POINT D'ÉBULLITION (°C) 100 °C (212 °F)	POINT DE CONGÉLATION (°C) 0 °C (32°F)
pH 4,20	MASSE SPÉCIFIQUE 1,085	SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20°C) Complète	COEFF. EAU/HUILE Non disponible	POURCENTAGE DE VOLATILITÉ (PAR VOLUME) 50 %

### SECTION 10 - Données sur la Stabilité et la Réactivité

STABILITÉ CHIMIQUE OUI  NON  SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES SUBSTANCES si OUI, LESQUELLES ?

OUI  NON  Réducteurs forts, bases fortes.

RÉACTIVITÉ ET DANS QUELLES CONDITIONS Stable sous une température et une pression normales.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX Ammoniac

### SECTION 11 - Information toxicologique

LIMITES D'EXPOSITION  
Aucunes connues

PRODUIT IRRITANT  
Aucun connu

SENSIBILISATION AU PRODUIT  
Aucune connue

CARCÉROGÉNITÉ  
Ne figure pas sur la liste du CIRC, de l'OSHA ou de l'ACGIH.

TÉRATOGENICITÉ  
Aucune connue

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION  
Aucune connue

MUTAGÉNITÉ  
Aucune connue

PRODUITS SYNERGIQUES  
Aucun connu

### SECTION 12 - Information écologique

Aucune donnée disponible

### SECTION 13 - Considérations sur l'élimination

Éliminer ce produit conformément aux lois fédérales, provinciales ou municipales.

### SECTION 14 - Information sur le Transport

Transport non réglementé.

### SECTION 15 - Information sur la Réglementation

SARA: Quantité à déclarer pour le thiosulfate d'ammonium - 2 268 kg (5 000 lb)

SARA Section 304, composants dangereux CERCLA - Thiosulfate d'ammonium

SARA Section 302, 304, 313 composants dangereux (aucun)

N'est pas un produit contrôlé d'après la réglementation SIMDUT du Canada.

### SECTION 16 - Autres renseignements

L'information contenue dans cette Fiche signalétique est fournie sans aucune garantie. L'utilisateur doit considérer ces données en plus d'autres données recueillies et doit déterminer de manière indépendante l'à-propos de ce produit à partir de cette fiche et d'autres sources pour assurer d'une part un emploi approprié et une élimination adéquate de cette matière et d'autre part, la santé et la sécurité de ses employés et clients.